

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Koterizasyon Topraklama Plakası Dönüşüm Elektrodu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOTERİZASYON TOPRAKLAMA PLAKASI - DÖNÜŞÜM ELEKTRODU TÖM VÜCUT YETİŞKİN	6	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:11.10.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

KOTERİZASYON TOPRAKLAMA PLAKASI YETİŞKİN

(TÜM VÜCUT HASTA DÖNÜŞÜM ELEKTRODU)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- HASTA DÖNÜŞÜM ELEKTRODU AKIMIN KAPASİTÖRDEN GEÇMESİ PRENSİBİNE GÖRE ÇALIŞMALIDIR VE KONTAMİNASYON RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KORUYUCU KILIF İLE KULLANILMALIDIR.
- HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODU HASTAYA DİREK TEMAS ETMEDEN KULLANILMALIDIR. ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN KALP PİLİ OLAN HASTALARIN AMELİYATLARINDA GÜVENLE KULLANILABİLECEĞİNİ GÖSTEREN YAZI VERİLMELİDİR.
- HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODUNDAKİ İLETKEN TABAKANIN İKİ YÜZEYİ İLETKEN OLMAYAN YEŞİL POLYURETHANE FLEXİBLE TARAFINDAN SANDVIÇ ŞEKLİNDE İZOLE OLARAK KAPLANMIŞ OLMALIDIR. BU KAPLAMA YANİ ELEKTROD SİLİKONİZE ve JEL ŞEKLİNDE OLMAMALIDIR.
- HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODUNUN KOLAY KURULUM, KULLANIM VE TEMİZLİĞİ İÇİN AĞIRLIĞI 750gr (+-50gr) OLMALIDIR. UZUNLUĞU 90(+3)cm GENİŞLİĞİ 50(+3)cm OLMALIDIR. ISITICI BLANKET ÜZERİNDEN HASTAYI ISITMAYA ENGEL OLMADAN KULLANILMALIDIR.
- HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODUNUN SLİKONİZE KORUMALI 82cm'lik (+-5) BAKIR İLETKEN KABLOSU DÖNÜŞ ELEKTRODUNUN BİR KÖŞESİNE ENTEGRE BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLMİŞ OLMALIDIR. BU KABLO SÖKÜLEBİLİR OLMALI VE ARIZA DURUMUNDA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLMELİDİR.
- BU KABLONUN DİŞİ UÇU ÇEŞİTLİ MARKALARDAKİ KOTER ARA BAĞLANTI KABLOLARINA UYUMLU OLMALI VE HER CİHAZ İÇİN BİRER ADET 4,4m lik KABLOLARDAN VERİLMELİDİR VE KOTER YATAĞI İLE BİRLİKTE 30 ADET KORUYUCU KILIF BERABERİNDE VERİLMELİDİR.
- HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODUNUN UBB VE ÜTS KAYITLARI EKSİKSİZ OLARAK TAMAMLANMIŞ ONAYLI OLMALIDIR. HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODUNUN FDA ve CE ONAYI BELGELENMELİDİR. DİSTRİBÜTÖRLÜK BELGESİ ve YETKİLİ BAYİLİK YAZISI OLMALIDIR.

SEYHAN DEVLET HASTAHANESİ
Uzm. Dr. Remzi YALÇIN
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No: 33204

SEYHAN DEVLET HASTAHANESİ
Uzm. Dr. Burcu YASTAS
Dip. Tes. No: 39188
Çocuk Hastalıkları Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTAHANESİ
Uzm. Dr. Mustafa ÖZCATAL
Dip. Tes. No: 33204
Çocuk Hastalıkları Uzmanı