

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Sedy e Örtüsü (sıvı Geçirmez Deri) Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim



İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SEDYE ÖRTÜSÜ (SIVI GEÇİRMEZ DERİ)	40	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:20.10.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SEDYE YATAK KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ACİL SERVİS VE AMELİYATHANE SEDYE YATAK KILIFLARI 190X60X10 ÖLÇÜLEİNDE OLACAKTIR.ÜRETİM AŞAMASINDAN ÖNCE YÜKLENİCİ FİRMA YERİNDE ÖLÇÜYÜ TEKRAR ALACAKTIR.
2. YATAK KILIFLARI SEDYE ÜZERİNDE HASTA KAYMAYACAK ŞEKİLDE CIRT DİKİLMELİDİR.MEVCUT SEDYELERDE DÖRT NOKTADA CIRT KARŞILIĞI VARDIR.
3. KULLANILACAK KUMAŞ SU VE KAN GEÇİRMEZ ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE ESNEK VE DAYANIKLI OLMALIDIR.
4. YATAK KILIFININ KENARINDA YATAĞI RAHATLIKLA KOYUP ÇIKARACAK 1.SINIF FERMUAR DİKİLMELİDİR.
5. KUMAŞ RENGİ RAL 5002 KODUNDA OLACAKTIR.
6. BİR ADET NUMUNE GÖRÜLÜP DENENDİKTEN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR.

Sevhan Devlet Hastanesi
Rahatlık Ünitesi
Medi. Yöneticisi

SEVHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Baş Teknisyen