

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Silikon Yassı Düz Dren Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİLİKON YASSI DÜZ (FLAT) DREN 200CC BOMBA REZERVUAR 10-12MM	100	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:25.10.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

FLAT DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dren %100 silikondan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ebatı 5-7-10-12 mm boyutlarında olmalıdır.
3. Dren çapı 5 mm olmalıdır.
4. Dren , yuvarlak (raund) , loja konan delikli kısmı yassı olmalıdır.
5. Dren silikonlu ara bağlantı hortumu ile rezervuara bağlanabilmelidir. Ara bağlantı hortumunun çapı 5 mm , uzunluğu en az 50 cm olmalıdır.
6. 200 cc bomba tip rezarvuara ile birlikte olmalıdır.
7. Rezarvuvar üzerinde derecelendirmeleri olmalıdır.
8. Rezarvuvar hastaya tutturabilecek bir klipsi bulunmalıdır.
9. Rezarvuvar da bir giriş bir de tahliye deliği olmalıdır.
10. Giriş deliğinde geri kaçmayı önleyici valf bulunmalıdır.
11. Set steril tek paketlerde bulunmalı , paket üzerinde üretim tarihi , son kullanma tarihi ve en az 2 (iki) yıllık kullanma miadı olmalıdır.
12. Ürün kokusuz ve ergonomik olmalıdır.

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Rıfkı ALTINAY
Dip. Tes. No: 42/192
Genel Cerrah Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Şiřhan ZOHRE
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 29545