

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Fistül Drenaj Seti Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FİSTÜL DRENAJ SETİ	30	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:1.11.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## FİSTÜL DİRENAJ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Fistül Drenaj Kiti, Perianal fistül Tedavisinde kullanılmak için medikal sınıf silikon ve medikal sınıf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Fistül Drenaj Kiti, tekli steril pakette olmalıdır.
- 3- Fistül Drenaj Kiti, tek kullanımlık olmalıdır.
- 4- Fistül Drenaj Kiti, 29 günden uzun olmayacak şekilde kısa dönemli kullanımlar için tasarlanmış olmalıdır.
- 5- Fistül Drenaj Kiti, hasta konforu için gereksiz tahriş ve rahatsızlığı önleyen pürüzsüz bir yapıya sahip olmalıdır.
- 6- Fistül Drenaj Kitinin içerisinde Aplikatör, Kama ve drenaj tüpü yer almalıdır.
- 7- Fistül Drenaj Kiti, patentli tek kullanımlık aplikatör ile saniyeler içinde manuel olarak uygulana bilinir olmalıdır.
- 8- Fistül Drenaj Kiti aplikatörünün üzerinde kilitleme yönünü gösteren, ok işareti bulunmalıdır.
- 9- Fistül Drenaj Kiti hem kolay yerleştirmeyi hem de seton çıkarılıncaya kadar güvenli bir şekilde kapanmasını sağlayan 1,7cm uzunluğundaki kama üzerinde çift Çentik olmalıdır.
- 10-Seton drenaj tüpünün uzunluğu 30 Cm olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uzm. Dr. Hakan TÜMÜR  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No : 81551

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Fatma Zehra  
Dip. Tes. No: 42192  
Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. J. Köknar MEKE  
Genel Cerrahi  
14/6/2017