

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Holmium / Ho Yag Lazer Taş Kırma Probu Fiber 365 Mikron Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HOLMIUM / HO YAG LAZER TAŞ KIRMA PROBU FİBERİ 365 MİKRON	2	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:9.11.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslimi edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SPHINX HOLMIUM – YAĞ LAZER SİSTEMİ 365-550 MİKRON REUSABLE ÖNDEN ATEŞLEMELİ YAĞ LAZER FİBERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fiberler Silica malzemesinden yapılmış, silicon ile desteklenmiş ve PTFE ile kaplanmış olmalıdır.
2. Fiberler F- SMA tipinde ve 365-550 micron (2.2 -2.3Fr) kalınlığında olmalıdır.
3. Fiberler yüksek güçteki lazer enerjisini taşımak için üretilmiş olmalıdır.
4. Fiber temaslı, yarı temaslı temassız çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Şeffaf pakette sunulmalı ve tekrar steril edilebilmelidir.
6. Fiberler tekrar kullanılabilme için uç kısmı kesilerek tamir edilebilmelidir.
7. Işın açısı 0 derece olmalıdır.
8. 2.2 -2.3Fr çalışma kanalından kolayca uygulanabilmelidir.
9. Hastanemizde kullanımda olan SPHINX 30 W Holmium – YAĞ lazer cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
10. Teklif edilecek fiber cihaza doğrudan bağlanabilmelidir. Bağlantı için adaptör, ara parça ya da dönüştürücü gerektirmemelidir.
11. Malzemeleri üreten firmalar uluslararası standardizasyon ve kalite belgelerine sahip olmalıdır.
12. Fiber teklif eden firmalar cihazda fiberden dolayı oluşabilecek arızaları ücretsiz olarak giderebileceklerine taahhüt vermelidirler.

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Hakan ANIL
Dip. Tes. No: 113313
Uroloji Uzmanı

2023 YILI
12 EKİM 2023
15:00
15:00