

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 kalem 6 Kalem Çamaşır Yıkama Makinesi Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI ISITICI REZİSTANSI	8	Adet		
2	ÇAMAŞIR YIKAMA MAK. KAPAK LASTİĞİ	2	Adet		
3	ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI 3/4 VENTİL	2	Adet		
4	ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI SOĞUK VE SICAK SU SELENOİD VALFİ 1"	2	Adet		
5	ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI 1" SELENOİD VALF DİYAFRAMI	10	Adet		
6	ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI 1" SELENOİD VALF BOBİNİ	5	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:11.11.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırıcıların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNALARI MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alınacak tüm yedek malzemeler Tolkar çamaşır yıkama makinasına uygun Orijinal yedek malzeme olmalıdır.Uyum problemi olmamalıdır.
2. Yedek parçalar, sorumlu teknisyen gözetiminde yetkili **servis tarafından takılacaktır.**
3. Yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alacaktır.
4. Takılacak malzemele çıkan malzemelerle uyumlu olup sökülen malzemeler çamaşihane sorumlusuna teslim edilecektir.En az 6 ay garantili yedek malzeme verilmelidir.
5. Alınacak malzemeler 8 adet rezistans,2 adet kapak lastiği,2 adet $\frac{3}{4}$ inç ventil,1 inç selenoid valf ,10 adet 1inç valf diyaframı,5 adet 1inç valfe uygun bobin olacaktır.
6. 40kğ tolkar yıkama makinasına uygun rezistans 220 volt olmalı rezinstans telleri 1,3mm kalınlığında,kromdan 40 cm uzunluğunda 4 kw olmalı 8 adet alınacaktır.
7. 40 kğ tolkar yıkama makinasına uygun kapak lastiği,43 cm çapında 2 cm et kalınlığında ısıya dayanıklı olmalı 2 adet alınacaktır.
8. 20 kğ tolkar yıkama makinasına uygun $\frac{3}{4}$ inç ventil sıcak ve soğuk su için uygun olmalı plastik gövdeli 24 volt olmalıdır.
9. Bobin 24 vol olmalı makinanın üzerindeki 1 inç selonoid valfe uygun olmalıdır.5 adet bobin alınacaktır.
10. Diyafram makinanın üzerindeki 1 inç selonoid valfe uygun olmalıdır.10 adet alınacaktır.
11. 40 kğ yıkama makinasına uygun 1 inç 24 v selonoid valf sıcak soguk sukullanımına uygun metal gövdeli olmalı gerektiğinde diyaframı değiştirilebilir olmalı..2 adet selenoid valf alınacaktır.

Seyhan Devlet Hastanesi
Organ Tıbbi
Makina TEKNİSYENİ

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mucay UN
Baş Teknisyen