

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem 4 Kalem Drgem Marka Seyyar Röntgen Cihazı Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ BİLGİSAYARI GÖRÜNTÜ İŞLEME KAYIT VE KONTROL ÜNİTESİ (TOPAZ 32 WORKSTATION)	1	Adet		
2	RADYOGRAFİ CİHAZI IGBT SÜRÜCÜ DEVRESİ.	1	Adet		
3	RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ACİL-STOP BUTONU	1	Adet		
4	TAŞINABİLİR RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ AÇMA - KAPAMA ANAHTARI	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:21.11.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

MOBİL RÖNTGEN YEDEK PARÇA ŞARTNAMESİ

1. RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ BİLGİSAYARI GÖRÜNTÜ İŞLEME KAYIT VE KONTROL ÜNİTESİ (WORKSTATION):

- Drgem marka Topaz 32 model mobil röntgen cihazının orijinal bilgisayar ünitesi (workstation) olmalıdır.
- Workstation içerisindeki orijinal yazılımlar ve lisanslaması dahil olmalıdır.
- Yazılımların yüklenmeli ve aktif olarak çalıştırılması gereklidir.
- Kapalı kutu veya pakette kullanılmamış olarak teslim edilmelidir.
- Üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

2. RADYOGRAFİ CİHAZI IGBT SÜRÜCÜ DEVRESİ:

- Drgem marka Topaz 32 model mobil röntgen cihazının orijinal MOB IGBT GATE BOARD'U olmalıdır.
- Kapalı kutu veya pakette kullanılmamış olarak teslim edilmelidir.
- Üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

3. RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME CİHAZI ACİL-STOP BUTONU:

- Drgem marka Topaz 32 model mobil röntgen cihazının orijinal ACİL-STOP butonu olmalıdır.
- Buton çift kontakli olmalıdır.
- Kapalı kutu veya pakette kullanılmamış olarak teslim edilmelidir.
- Üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

4. TAŞINABİLİR RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ AÇMA KAPAMA ANAHTARI:

- Drgem marka Topaz 32 model mobil röntgen cihazının orijinal açma kapama anahtarı olmalıdır.
- Anahtara anahtarlı kilitleme mekanizması ve alt switch dahil olmalıdır.
- Kapalı kutu veya pakette kullanılmamış olarak teslim edilmelidir.
- Üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

Güray DOĞDU
Elektrik Teknikeri

NURİ BAYRAMI
TEKNİSYEN

Hakan KÖROĞCU
Tekniker