

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Hastanemize Bağlı Ek Bina Doğan Kent İhtiyacı İçin Gerekli Malzeme işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GALVANİZLİ BORU 11/2	30	Metre		
2	Ø12MM MEDİKAL BAKIR BORU	35	Metre		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:23.11.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## MEDİKAL BAKIR BORU TEKNİK ŞARTNAME

1. Bakır borular TSE, CE ve EN 13348 standart uygun medikal tip bakır borular olmalıdır.
2. Bakır boruların üzerinde medikal tip olduklarını belirten fabrikasyon kabartma yazı olmalıdır.
3. Borular dikişsiz yarı sert tavllanmış ve düz boru olmalıdır.
4. Tesisatta kullanılacak olan bakır boruların karbon oranı 0,06mg/dm<sup>2</sup> düşmüş olmalıdır.
5. Bakır boruların uçları fabrikasyon olarak kapalı olmalıdır.
6. Bakır borular 5 metrelik uzunlukta olacaktır.
7. Bakır boruları yüklenici, idarenin istediği yere istenilen şekilde gerekli montajı yapılacaktır.
8. Bakır boruların kaynağı gümüş alaşımli tel ile yapılacaktır.
9. Bakır boruların üzerinde taşıdığı gazı simgeleyen etiket yapıştırılacaktır.
10. Yapılan tesisatın testleri EN737 uluslararası normlara uygun olacaktır.

## GALVANİZLİ BORU ŞARTNAMESİ

1. Galvanizli boru DN40 NPS 11/2 dış çapı 48.3, et kalınlığı 3.2 ve iç çapı 41.9 olmalıdır.
2. İstenilen malzemenin montajı yapılacaktır.

**Nuri TAŞ**  
Merkezi Gaz  
Sorumlusu

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
**Tuncay YAYKAÇ**  
Baş Teknisyen