

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Drgem Marka Röntgen Cihazı İçin Dedektör Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ DEDEKTÖRÜ	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:23.11.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili: Fax: e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

DİJİTAL SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI FLAT PANEL DEDEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz kullanılmakta olan **DRGEM** marka Topaz 32 model seyyar röntgen cihazına uyumlu dijital flat panel dedektör olmalıdır.
2. Dijital dedektör, flat panel tipinde olacak ve A- Silicon detektör materyali CsI'den (sezyum iyodid) yapılmış olmalıdır. GOS ve CCD tabanlı dedektörler kabul edilmeyecektir.
3. Detektör boyutu en az 35x43 (+/- % 1) cm olmalıdır.
4. Detektör görüntüleme matriks değeri 2500x2500 den az olmayacak ve en az 16 bit derinliğinde olacaktır.
5. Her bir pikselin boyutu 150 mikrondan büyük olmayacaktır.
6. Flat panel dedektörü mevcut kullanılan Sistem ve yazılım ile tam uyumlu çalışmalıdır. Teklif edilen panelin kullanılan röntgen cihazı ve yazılımı ile entegrasyonu teklif veren firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
7. Flat Panel dedektörü mevcut cihaz ve yazılıma entegresi sağlanacaktır. İlave bilgisayar ve monitör gerektirmemelidir.
8. Sisteme hastanemiz personelleri gözetiminde işlem yapılacak ve yapılan işlemler servis formuna işnerek en az 1 servis formu hastanemize teslim edilecektir.
9. Teklif veren firmalar cihaz üreticisinden alınmış yetki belgesine haiz olmalıdır.
10. Montaj sonrası, röntgen cihazı üretici firma koşullarına uygun tüm kalibrasyon ayarları yapacaktır. Bu ayarların yapılması aşamasında yazılımsal şifre gerekmesi halinde, şifre temini yükleniciye aittir.
11. Montaj esnasında röntgen cihazının orijinalliğini bozacak hiçbir şey yapılmayacaktır.
12. Montaj sonrası, cihazda parça değişimi kaynaklı başka bir sorun oluşması halinde, bu sorun yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
13. Dijital flat dedektör cihazı kullanılmamış kapalı pakatte teslim edilecektir.
14. Flat Panel dedektör üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.


NURİ BAYRAM
TEKNİK SERVİSLERİ

NURİ BAYRAM
TEKNİSYEN

